

研究課題名	PCI バルーンカテーテルの製品性能調査
当センターの研究責任者	循環器内科 部長 高谷具史
研究目的	PCI 症例にて当該製品を使用のもと下記点を評価する 病変通過性、追従性、Pushability、 Inflation Deflation Time、総合評価
利用する情報	<p>■対象 PCI の際に以下の 3 種類のバルーンカテーテルを使用して治療をおこなった 60 症例 Sapphire3, SapphireNC24, Scoreflex NC</p> <p>■利用情報の内容 電子カルテに記載されている診療記録</p> <p>■利用情報の該当期間 令和元年 11 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日</p>
利用情報の他機関への提供の有無 (有の場合はその名称)	オーバスネイチメディカル株式会社
個人情報の取り扱い	氏名や住所等の個人を特定できる内容は削除
企業等からの資金提供の有無 (有の場合はその名称)	委託料 (オーバスネイチメディカル株式会社)
お問い合わせ先	担当者名：高谷具史 電話番号：079-293-3131
備考	